



Krajowa Administracja  
Skarbowa

Olsztyn, dnia 05 lipca 2022 r.

**Izba Administracji Skarbowej  
w Olsztynie**

ILZ/261-0076/22.

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: *postępowania na zakup 20 szt. defibrylatorów AED na potrzeby jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.*

Zamawiający - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie informuje, iż wpłynęły od Wykonawców następujące pytania:

**Pytanie nr 1 – dot. pkt. 14 OPZ**

*„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne, łatwe i szybkie w obsłudze defibrylatory firmy SCHILLER, które rozpoczynają prace już po otwarciu pokrywy defibrylatora, są wyposażone w zintegrowany uchwyt transportowy i miejsce na akcesoria w obudowie i nie wymagają w związku z powyższym dodatkowej torby transportowej służącej do ich przenoszenia. Sam defibrylator chroniony jest szafką, jakiej dostawy w komplecie oczekuje Zamawiający, jest łatwy w przenoszeniu dzięki uchwytowi transportowemu zintegrowanemu z obudową zaś po wyjęciu z szafki podejmuje prace natychmiast z chwila otwarcia obudowy”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza defibrylator, który wyposażony jest w zintegrowany uchwyt transportowy i miejsce na akcesoria w obudowie i nie wymaga w związku z powyższym dodatkowej torby transportowej służącej do ich przenoszenia

**Pytanie nr 2 – dot. pkt. 17 OPZ**

*„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, który z elektrodami i baterią waży 2,5 kg?”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza defibrylator o łącznej wadze do 2,5 kg.

**Pytanie nr 3 – dot. pkt 19 OPZ**

*„ Czy Zamawiający dopuszcza defibrylator AED z 5 letnią gwarancją na urządzenie?”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza defibrylator AED z min. 5 letnią gwarancją urządzenia.

**Pytanie nr 4 – dot. pkt 10 i 11 OPZ**

*„Czy Zamawiający dopuszcza defibrylator z baterią 5 letnią (200 wylądowań) i elektrodami o żywotności 2,5 roku?”*

*Uzasadnienie: Elektrody w proponowanym przez nas urządzeniu są uniwersalne, co znacznie zmniejsza koszty eksploatacyjne, ponadto elektrody i bateria są rozdzielne, dzięki czemu po użyciu AED konieczna jest wymiana jedynie elektrod”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza defibrylator z baterią 5 letnią (zgodnie z opz - minimum 4 lata). Zamawiający nie dopuszcza elektrod o żywotności 2,5 roku (zgodnie z opz - zamawiający wymaga min. 4 lata gwarancji na elektrody).

**Pytanie nr 5 – dot. pkt 17 OPZ**

*„Czy Zamawiający dopuszcza defibrylator o wadze 2,4 kg?”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza defibrylator o łącznej wadze do 2,5 kg.

**Pytanie nr 6:**

*„Czy Zamawiający dopuszcza defibrylator, który wymaga jedynie otworzenia torby (elektrody wyjmowane są z boku, bez konieczności wyciągnięcia urządzenia)?*

*Pragniemy zwrócić uwagę, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje tylko na jedno urządzenie co jest sprzeczne z zasadą konkurencyjności. Na rynku urządzeń do defibrylacji, producenci oferują nowocześniejsze rozwiązania, co tylko pozytywnie wpływa na korzyść Zamawiającego”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza defibrylator, który wymaga jedynie otworzenia torby (elektrody wyjmowane z boku, bez konieczności wyciągnięcia urządzenia).

**Pytanie nr 7:**

*„W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do oferty AED o stałej energii defibrylacji?”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie do oferty AED o stałej energii defibrylacji.

**Pytanie nr 8:**

*„W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania graficznego wskazywania tempa uciśnień klatki piersiowej?”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie rezygnuje z wymagania graficznego wskazywania tempa uciśnień klatki piersiowej (podtrzymujemy wymagania).

**Pytanie nr 9:**

*„W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do oferty AED posiadające dedykowaną baterię do urządzenia, ale nie będącą wyrobem medycznym ?”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje wymogi dot. baterii, klasyfikowanej jako wyrób medyczny.

**Pytanie nr 10:**

*„W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do oferty AED posiadającego elektrody o ważności min. 24 miesiące?”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wyłącznie elektrody o żywotności i gwarancji min. 4 lata.

**Pytanie nr 11:**

*„W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z zapisu dot. dostaw elektrod po użyciu na koszt Wykonawcy?”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie rezygnuje z zapisu dot. dostaw elektrod po użyciu na koszt Wykonawcy (na nowe w przypadku użycia AED do ratowania życia na koszt Wykonawcy).

**Pytanie nr 12:**

*„W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 16 tygodni?”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy urządzeń.

**W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 08.07.2022 r. do godz. 10.00.**

z upoważnienia Dyrektora  
Izby Administracji Skarbowej  
w Olsztynie  
Zastępca Dyrektora  
Miroslaw Ropiak  
(podpis na oryginale)